



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.27.070.А № 76458

Срок действия до 10 февраля 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R10-2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
"Trimble Inc.", США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 77478-20

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП АПМ 40-19

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 февраля 2020 г. № 296

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



А.В.Кулепов

17 " 02 2020 г.

Серия СИ

№ 040065

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R10-2

Назначение средства измерений

Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R10-2 (далее – аппаратура) предназначена для измерений длин базисов и координат точек земной поверхности.

Описание средства измерений

Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R10-2 – геодезические приборы, принцип действия которых заключается в измерении времени прохождения сигнала от спутника до приёмной антенны прибора и вычислении значения расстояния до спутника.

Конструктивно аппаратура представляет собой металлический корпус с пластиковым верхом, вмещающий спутниковую геодезическую антенну и приёмник, управление которым осуществляется с помощью персонального компьютера или полевого контроллера. Принимаемая со спутников информация записывается во внутреннюю память. Аппаратура оснащена съёмной аккумуляторной батареей. На передней панели аппаратуры геодезической спутниковой Trimble R10-2 расположена кнопка питания, она же является функциональной кнопкой, а также светодиодные индикаторы питания, статуса спутников, связи с внешними устройствами, записи/ выгрузки данных.

Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R10-2 оснащена следующими портами:

- 1 порт Lemo RS-232 для связи с персональным компьютером или контроллером и для подключения внешнего источника питания;
- 1 порт Lemo USB 2.0 для связи с персональным компьютером, подключения внешнего устройства хранения данных и для подключения внешнего источника питания;
- 1 разъем SMA для подключения УКВ антенны (для приборов со встроенным УКВ модемом).

Внешний вид аппаратуры представлен на рисунках 1 - 3. На рисунке 3 также представлена информация, идентифицирующая аппаратуру геодезическую спутниковую Trimble R10 модель 2 (Trimble R10-2).



Рисунок 1 – Внешний вид аппаратуры (лицевая панель корпуса)



Рисунок 2 – Внешний вид аппаратуры
(боковая панель корпуса с батарейным отсеком)



Рисунок 3 – Внешний вид аппаратуры
(нижняя панель, идентификационные таблички)

Пломбирование аппаратуры геодезической спутниковой Trimble R10-2 не производится, ограничение доступа к узлам обеспечено конструкцией самого корпуса, который является неразборным.

Программное обеспечение

Аппаратура имеет встроенное микропрограммное обеспечение «МПО Trimble R10-2», полевое программное обеспечение контроллера «Trimble Access», которое имеет разные версии в зависимости от операционной системы контроллера, а также офисное программное обеспечение «Trimble Business Center», устанавливаемое на персональный компьютер. С помощью указанного программного обеспечения обеспечивается взаимодействие узлов прибора, настройка и управление рабочим процессом, хранение и передача результатов измерений, а также постобработка измеренных данных.

Аппаратная и программная части, работая совместно, обеспечивают заявленные точности конечных результатов.

Защита программного обеспечения и измеренных данных от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077 – 2014.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные(признаки)	Значение			
	Наименование программного обеспечения	МПО Trimble R10-2	Trimble Access	Trimble Access
Идентификационное наименование ПО	WFC-R10-2-V537.exe	Trimble Access.exe	Survey.exe	TBC_4_10_1_Full.exe
Номер версии ПО, не ниже	5.37	2017.21	2018.12	4.10.1
Цифровой идентификатор ПО	162F05B9	10D338D0	E9A54315	8C26EF56
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC-32	CRC-32	CRC-32	CRC-32

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений длин базисов, м	от 0 до 30000
Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса (при доверительной вероятности 0,95), мм, в режимах: «Статика», «Быстрая статика»:	
- в плане	$\pm 2 \cdot (3,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
- по высоте	$\pm 2 \cdot (5,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
«Кинематика», «Кинематика в реальном времени (RTK)»:	
- в плане	$\pm 2 \cdot (8 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
- по высоте	$\pm 2 \cdot (15 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$
«Кинематика в реальном времени (RTK, Trimble xFill)» ¹ :	
- в плане	$\pm 2 \cdot (8 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D + 10 \cdot T)$
- по высоте	$\pm 2 \cdot (15 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D + 20 \cdot T)$

Наименование характеристики	Значение
<p>«Trimble CenterPoint RTX»², «Trimble CenterPoint RTX-PP»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте <p>«Дифференциальные кодовые измерения (dGNSS)»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте 	<p>$\pm 2 \cdot 60$ $\pm 2 \cdot 140$</p> <p>$\pm 2 \cdot (250 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ $\pm 2 \cdot (500 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$</p> <p>где D – измеряемое расстояние в мм, T – продолжительность измерений в минутах (не более 5 минут) с использованием источника дифференциальных поправок Trimble xFill</p>
<p>Границы допускаемой абсолютной погрешности определения координат (при доверительной вероятности 0,95), мм, в режиме «Навигационный»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте 	<p>± 9000 ± 15000</p>
<p>Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерений длины базиса, мм, в режимах:</p> <p>«Статика», «Быстрая статика»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте <p>«Кинематика», «Кинематика в реальном времени (RTK)»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте <p>«Кинематика в реальном времени (RTK, Trimble xFill)»¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте <p>«Trimble CenterPoint RTX»², «Trimble CenterPoint RTX-PP»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте <p>«Дифференциальные кодовые измерения (dGNSS)»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте 	<p>$\pm (3,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ $\pm (5,0 + 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D)$</p> <p>$\pm (8 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ $\pm (15 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$</p> <p>$\pm (8 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D + 10 \cdot T)$ $\pm (15 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D + 20 \cdot T)$</p> <p>$\pm 30$ ± 70</p> <p>$\pm (250 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$ $\pm (500 + 1 \cdot 10^{-6} \cdot D)$</p> <p>где D – измеряемое расстояние в мм, T – продолжительность измерений в минутах (не более 5 минут) с использованием источника дифференциальных поправок Trimble xFill</p>
<p>Допускаемая средняя квадратическая погрешность определения координат, мм, в режиме - «Навигационный»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в плане - по высоте 	<p>4500 7500</p>

¹ – с использованием источника дифференциальных поправок Trimble xFill и при отсутствии связи с базовым приемником в течение не более 5 минут
² – на суше, с использованием источника дифференциальных поправок Trimble RTX

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Тип приёмника	Многочастотный, многосистемный
Количество каналов	672
Тип антенны	встроенная
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +65
Напряжение источника питания постоянного тока, В	от 11,0 до 24,0
- внешнего питания	
- внутреннего аккумулятора	7,4
Габаритные размеры, (Ш×В), мм, не более:	119×136
Масса, кг, не более	1,12

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество, ед.
Приемник	-	1 шт.
Транспортировочный кейс	-	1 шт.
УКВ антенна*	-	1 шт.
Аккумулятор	-	2 шт.
Зарядное устройство	-	1 шт.
Адаптер быстрой установки	-	1 шт.
У-кабель питания/USB-клиент	-	1 шт.
Кабель USB-хост	-	1 шт.
Методика поверки	МП АПМ 40-19	1 экз.
Руководство по эксплуатации на русском языке	-	1 экз.

* - для приемников со встроенным УКВ модемом

Поверка

осуществляется по документу МП АПМ 40-19 «Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble R10-2. Методика поверки», утверждённому ООО «Автопрогресс-М» «08» августа 2019 г.

Основные средства поверки:

- рабочий эталон 2 разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для координатно-временных средств измерений, утверждённой Приказом Росстандарта от 29.12.2018 г. №2831 - фазовый светодальномер (тахеометр);

- имитатор сигналов СН-3803М (рег. № 54309-13).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к аппаратуре геодезической спутниковой Trimble R10-2

ГОСТ Р 53340-2009 Приборы геодезические. Общие технические условия

Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений, утверждённая приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «29» декабря 2018 г. № 2831

Техническая документация «Trimble Inc.», США.

Изготовитель

«Trimble Inc.», США
Адрес: 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, USA
Тел./факс: +1 408 481 8000
E-mail: Sales@Trimble.com

Заявитель

Московское Представительство компании «Тримбл Экспорт Лимитед» (США)
ИНН 9909120735
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3
Тел.: +7 (495) 258-50-45, факс: +7 (495) 258-50-44
E-mail: Moscow_RepOffice@Trimble.com

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Автопрогресс-М»
Адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 120-03-50, факс: +7 (495) 120-03-50 доб.0
E-mail: info@autoproggress-m.ru
Аттестат аккредитации ООО «Автопрогресс-М» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.311195 от 30.06.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



А.В. Кулешов

М.п. «17» 02 2020 г.